

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Portalegre
Prefeitura Municipal de Portalegre
Pregão Eletrônico - 026/2023

Resultado da Homologação

0001 - BOMBA DE INFUSÃO

Especificação: KVO/BOLUS/ALARME/BATERIA:POSSUI/POSSUI/POSSUI/POSSUI. - SP 750 - Valor Referência: 8.705,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	SP 750	1 Unidade	2.900,00	2.900,00	Homologado em 10/10/2023 14:31:21 Por: Temístocles Maia de Lucena

0002 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA

Especificação: Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar 01 armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. Demais detalhes no documento "Valores Estimados". - X1 - Valor Referência: 152.600,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	X1	1 Unidade	81.995,00	81.995,00	Homologado em 10/10/2023 14:31:21 Por: Temístocles Maia de Lucena

0003 - APARELHO DE RAIOS X - FIXO ANALÓGICO

Especificação: Gerador potência tensão corrente: 40 kw ou superior 40 a 125kv ou superior máximo 500ma ou superior tubo foco fino grosso: ff: mínimo de 0,6mm fg: igual a 1,2mmesatipo capacidade buck mural deslocamento vertical: fixa com tempo fluante mínimo 160 kg deslocamento de mínimo de 120 cm estativa porta tubo: possui painel de comando: possui colimador: possui. - Analógico Altus ST 125 kV - Valor Referência: 178.769,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Analógico Altus ST 125 kV	1 Unidade	97.000,00	97.000,00	Homologado em 10/10/2023 14:31:21 Por: Temístocles Maia de Lucena

0004 - ESCADA COM 2 DEGRAUS

Especificação: Material de confecção: aço inoxidável. - fm1045 - Valor Referência: 301,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	fm1045	2 Unidade	200,00	400,00	Homologado em 10/10/2023 14:31:21 Por: Temístocles Maia de Lucena

Temístocles Maia de Lucena

Autoridade Competente

